CHORUS Gliadin IgA

EAN kód: 8033891323394
Katalogové číslo: 86054
Velikost balení: 36 testů
Skladování: 2-8 °C
Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



Obecné informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagencie (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Kalibrace je obsažena v balení.
- Hodnocení výsledků pomocí IU/ml, AU/ml nebo Indexu pozitivity.

Stručný pracovní postup:

1. Načtení čárových kódů vzorku a typu testu.
2. Manuální pipetování vzorku.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/