# CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgA CONTROL SERUM

**EAN kód:** 8033891327781
**Katalogové číslo:** 81509
**Velikost balení:** 2 x 0,4 ml
**Skladování:** 2-8 °C
**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.




**Obecné informace o výrobku:**

- Kontrolní materiál na bázi lidského séra obsahující specifické protilátky.
- Slouží k vyhodnocení přesnosti a správnosti použití přístroje Chorus Trio.

**Stručný pracovní postup:**

1. Načtení čárových kódů kontrolního séra a typu testu.
2. Manuální pipetování kontrolního séra.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na: http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/