CHORUS LEPTOSPIRA MIX



EAN kód: 8033891322892
Katalogové číslo: 85367
Velikost balení: 12 testů
Skladování: 2-8 °C
Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.

Obecné informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagencie (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Hodnocení výsledků pomocí titru (Negativní – 1:128).

Stručný pracovní postup:

1. Načtení čárových kódů vzorku a typu testu.
2. Manuální pipetování vzorku.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na: http://www.diesse.it/en/Products/linea:41/