CHORUS NEGATIVE CONTROL - SAMPLE DILUENT 1 x 5 ml



EAN kód: 8033891322595
Katalogové číslo: 83607
Velikost balení: 1 x 5 ml
Skladování: 2-8 °C
Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.

Obecné informace o výrobku:

- Kontrolní materiál neobsahující specifické protilátky.
- Slouží k vyhodnocení přesnosti a správnosti použití přístroje Chorus.
- Ředicí roztok vzorků, které jsou mimo měřitelné rozmezí.

Stručný pracovní postup:

1. Načtení čárových kódů negativní kontroly a typu testu.
2. Manuální pipetování kontrolního séra.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/