# CHORUS PARAINFLUENZA MIX

**EAN kód:** 8033891322687
**Katalogové číslo:** 85225
**Velikost balení:** 12 testů
**Skladování:** 2-8 °C
**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.




**Obecné informace o soupravě:**

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagencie (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Hodnocení výsledků pomocí titru (Negativní – 1:128).

**Stručný pracovní postup:**

1. Načtení čárových kódů vzorku a typu testu.
2. Manuální pipetování vzorku.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na: http://www.diesse.it/en/Products/linea:41/