

## CHORUS SHIGELLA FLEXNERI

**EAN kód:** 8033891322908

**Katalogové číslo:** 85370

**Velikost balení:** 12 testů

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



### Obecné informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagenty (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Hodnocení výsledků pomocí titru (Negativní – 1:128).

### Stručný pracovní postup:

1. Načtení čárových kódů vzorku a typu testu.
2. Manuální pipetování vzorku.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na: <http://www.diesse.it/en/Products/linea:41/>