# Control set CLIA SS-A/Ro52

**EAN kód:** 8595635311062
**Katalogové číslo:** CL-Ro52CON
**Velikost balení:** 2x20 testů
**Skladování:** 2-8 °C
**Výrobce:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.




- Sada je určena k použití spolu se soupravami CLIA na analyzátoru KleeYa®.
- Sada pozitivních a negativních kontrolních sér, slouží k ověření funkčnosti CLIA testů a správnosti získaných výsledků.

**Více informací naleznete na** stránkach BiovendorGroup CLIA.