



Rychlá a efektivní

SARS-CoV-2 Antigen

detekce


Úvod

Rychlé, imunochromatografické testy pro kvalitativní stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 v nazofaryngeálním výtěru slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19.

Testy jsou určeny pouze pro profesionální zdravotnické použití, nicméně jeho použití je jednoduché a nevyžaduje žádné laboratorní vybavení.

Díky dostupnosti výsledku během 15 minut jsou testy cenným nástrojem pro efektivní screening u suspektních případů infekce způsobené virem SARS-CoV-2.

Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testů.



Vzorek: Nazofaryngeální výtěr

Odečtení výsledku: 15 minut

Diagnostická soupravy

COVID-19 Antigen Rapid Test

<i>Charakteristiky:</i>	srovnání s RT-PCR
<i>Citlivost:</i>	96,4 % (95 % CI: 89,8 - 99,2 %)
<i>Specifita:</i>	99,2 % (95 % CI: 95,5 - 99,9 %)
<i>Přesnost:</i>	98 % (95% CI: 95,1 - 99,5 %)



Objednací údaje

Katalogové číslo	Název	Výrobce	Balení
RAPU08COV19AG	COVID-19 Antigen Rapid Test	DIAsource ImmunoAssays S.A., Belgie	20 testů

DISTRIBUTOR

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
Křížkova 68, 612 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 549 121 205 (209, 238)
Fax: +420 541 243 390
E-mail: trade@testlinecd.com
www.testlinecd.cz