



Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis

Imunoenzymatické soupravy k diagnostice pertuse a parapertuse

ELISA, IMUNOBLOT a MICROBLLOT-ARRAY soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském séru nebo plazmě



Diagnostické soupravy jsou určeny
pro profesionální použití v laboratoři.



Úvod

Pertuse (černý kašel, dávivý kašel) je onemocnění způsobené bakterií *Bordetella pertussis* a je považována za hlavního původce onemocnění. Typická forma pertuse má stádia:

Inkubační – trvá 6-20 dní.

Katarální – (1 – 2 týdny), kdy počáteční projevy (rýma, subfebrilie, mírný suchý dráždivý kašel) odpovídají příznakům běžného nachlazení. Během katarálního stadia se suchý dráždivý kašel zhoršuje a přechází v záchvatovitý kašel.

Paroxysmální – (2 – 6 týdnů) projevující se typickým příznakem nemoci v podobě dráždivého, záchvatovitého kašle. Počet a závažnost záchvatů v průběhu tohoto stadia stoupá, záchvaty kašle bývají provázeny dávením i zvracením.

Rekonvalescentní – (1 – 3 týdny) je charakterizováno snížením počtu záchvatů a zmírněním kašle.

Výskyt pertuse v posledních letech významně narůstá, mění se její epidemiologický charakter s posunem do vyšších věkových skupin dětí, adolescentů a dospělých, kde se obvykle vyskytuje v lehčí formě (suchý dráždivý kašel trvající 2 a více týdnů, ale bez typických záchvatů). Takto nemocné osoby se stávají zdrojem nákazy pro malé děti, u nichž nebyla provedena či dokončena vakcinace a u nichž může mít komplikovaný až fatální průběh.

Vakcinace proti pertusi je v ČR zahrnuta do pravidelného očkování podle platného očkovacího kalendáře a je základním předpokladem prevence onemocnění. Postvakcinační imunita postupně klesá, z tohoto důvodu se nově doporučuje i přeočkování rodičů a blízkých kontaktů novorozenců, včetně zdravotníků.

Po prodělané infekci vznikne imunita, která není celoživotní. V séru lze prokázat protilátky proti pertusovému toxinu, vláknitému hemaglutininu a fimbriím. Protilátky proti toxinu přetrvávají do dospělosti, protilátky proti hemaglutininu postupně mizí.

Onemocnění vyvolané *Bordetella parapertussis* probíhá obvykle s mírnějšími klinickými příznaky, bez závažných komplikací. Mírnější forma onemocnění je důsledkem absence pertusového toxinu.

Postvakcinační a postinfekční imunita získaná po onemocnění způsobeném *B. pertussis* nechrání před onemocněním způsobeném *B. parapertussis*.

Diagnostika onemocnění


Klinický obraz onemocnění a epidemiologickou anamnézu doplňují laboratorní testy (přímá detekce původce onemocnění kultivací či PCR a průkaz specifických protilátek).

Sérologické vyšetření spočívá v průkazu specifických protilátek IgA, IgG a IgM. IgM protilátky jsou detekovatelné nejdříve, mají krátký poločas a přetrvávají po dobu 2–3 měsíců. IgA protilátky mohou být stanoveny už po 1–2 týdnech a mohou persistovat 6–24 měsíců v závislosti na věku. IgG protilátky se vyskytují nejdříve za 2–3 týdny po začátku nemoci a dosahují svého maxima po 6–8 týdnech, jsou detekovatelné do dospělosti a mohou persistovat po několik let.

U dětí probíhá tvorba IgA protilátek pomaleji, u kojenců se v detekovatelné hladině objevují až cca 6-7 týdnů po infekci. U mladších dětí jsou vhodné pro časnou diagnózu akutní infekce specifické IgM, u starších dětí vykazují lepší diagnostické vlastnosti specifické IgA protilátky.

Pro správnou interpretaci sérologických výsledků je nutné zohlednit klinický obraz onemocnění, epidemiologická data, údaje o vakcinaci a eventuálně další laboratorní nálezy, jež jsou k dispozici. Vzorky s nejasnými výsledky by měly být znovu testovány po 2–3 týdnech, v závislosti na klinickém stavu pacienta.

Protilátková odpověď




Interpretace výsledků testu *B. pertussis* / *B. parapertussis*

<u>IgG</u>	<u>IgA</u>	<u>IgM</u>	<u>Interpretace</u>
+	+	+	Přítomnost IgA, IgG, příp. i IgM protilátek – nedávná nebo probíhající přirozená infekce
+	+	-	
+	-	+	Přítomnost protilátek IgM a IgG v nepřítomnosti IgA – může indikovat stav po nedávné vakcinaci (<i>B. pertussis</i>), příp. časnou fázi infekce bez tvorby IgA protilátek
-	+	+	Přítomnost IgA protilátek, případně současná přítomnost IgM protilátek – infekce v časně fázi
-	+	-	
-	-	+	Přítomnost pouze IgM protilátek – časná fáze infekce
+	-	-	Přítomnost pouze IgG protilátek – předchozí infekce anebo stav po dřívější vakcinaci (<i>B. pertussis</i>)
-	-	-	Nejsou přítomny protilátky – při podezření na infekci doporučeno otestovat nový vzorek za 2 – 3 týdny

ELISA

Princip testu

Soupravy jsou založeny na sendvičovém typu ELISA metody



Pracovní postup

Krok	Kroky testu
	1. Ředění vzorků – séra/plazmy 1:101 (10 µl + 1 ml)
	2. Dávkování kontrol a ředěných vzorků 100 µl – blank = prázdná jamka
	3. Inkubace 30 min. při 37 °C
	4. Odsátí a promytí jamek 5 krát
	5. Dávkování Konjugátu 100 µl – blank = prázdná jamka
	6. Inkubace 30 min. při 37 °C
	7. Odsátí a promytí jamek 5 krát
	8. Dávkování substrátu (TMB-Complete) 100 µl – včetně blanku
	9. Inkubace 30 min. při 37 °C
	10. Dávkování Zastavovacího roztoku 100 µl – včetně blanku
	11. Fotometrické měření při 450 nm

Antigeny

EIA *Bordetella pertussis*

Vysoce purifikovaný toxin *Bordetella pertussis*

EIA *Bordetella parapertussis*

Směs antigenů specifických pro *Bordetella parapertussis*

Použití souprav

- Vyhledávací testy k průkazu pertuse a parapertuse u člověka
- Průkaz postinfekčních a postvakcinačních protilátek (*B. pertussis*)
- Diagnostika fáze onemocnění pomocí signifikantního vzestupu nebo poklesu protilátek

Uživatelský komfort

- Komponenty v pracovním ředění
- Barevně odlišené reagenty, zaměnitelnost
- Barevně značené stripky s odlamovacími jamkami
- Kalibrátory a kontroly
- Kvantitativní hodnocení výsledků (IU/ml)
– *B. pertussis*
- Semikvantitativní hodnocení výsledků (IP)
– *B. parapertussis*
- Standardizace podle WHO International Standard Pertussis Antiserum 06/140 a 06/142
- Vysoká diagnostická účinnost a dobrá reprodukovatelnost
- Vysoká dynamika testů, identický pracovní postup
- Celková doba vyšetření 1,5 hodiny

Charakteristiky souprav

Parametr	Diagnostická citlivost	Diagnostická specifita
EIA Bordetella pertussis Toxin IgA	95,8 %	99,9 %
EIA Bordetella pertussis Toxin IgG	97,1 %	99,9 %
EIA Bordetella pertussis Toxin IgM	90,5 %	92,0 %
EIA Bordetella parapertussis IgA	93,3 %	99,9 %
EIA Bordetella parapertussis IgG	96,7 %	99,9 %
EIA Bordetella parapertussis IgM	68,8 %	99,9 %

EIA




SmartEIA



IMUNOBLOT


Princip testu

Rekombinantní antigeny *B. pertussis* a *B. parapertussis* jsou přeneseny na nitrocelulóзовou membránu.



Antigeny

BLOT-LINE Bordetella



B. pertussis

PT – pertusový toxin (45 kDa), základní faktor virulence, specifický pouze pro *B. pertussis*, nejvýznamnější antigen infekce černého kašle

FHA – filamentózní (vláknitý) hemaglutinin *B. pertussis*, adhezni protein, důležitý imunogen, vybraná část sekvence s vysokou specifitou

ACT – adenylátcyklázový toxin (CyaA), významný faktor virulence *B. pertussis* s antifagocytárním účinkem

TCF – tracheální kolonizační faktor, protein produkovaný pouze *B. pertussis*; adhezin, zajišťující vazbu bakterie na povrch buněk řasinkového respiračního epitelu a fagocytujících buněk

B. parapertussis

Pertactin – (75 kDa), protein vnější membrány virulentních kmenů *B. parapertussis*

FimN Fimbriae N – adhezin, neprodukovaný *B. pertussis*

EntA Entericidin A – membránový lipoprotein

Pracovní postup

Krok	Kroky testu
1.	Dávkování Univerzálního roztoku 2,5 ml
2.	Smáčení stripů 10 min. při lab. teplotě – třepačka
3.	Odsátí
4.	Ředění vzorků – séra/plazmy 1:51 (30 µl + 1,5 ml)
5.	Dávkování kontrol a ředěných vzorků 1,5 ml
6.	Inkubace 30 min. při laboratorní teplotě – třepačka
7.	Odsátí a promytí v Univerzálním roztoku 3 krát 1,5 ml po 5 min. – třepačka
8.	Dávkování Konjugátu 1,5 ml
9.	Inkubace 30 min. při laboratorní teplotě – třepačka
10.	Odsátí a promytí v Univerzálním roztoku 3 krát 1,5 ml po 5 min. – třepačka
11.	Dávkování substrátu (BCIP/NBT) 1,5 ml
12.	Inkubace 15 min. při laboratorní teplotě – třepačka
13.	Odsátí a promytí v destilované vodě 2 krát 2 ml po 5 min. – třepačka
14.	Nalepení a vyhodnocení stripů

Použití souprav

- Průkaz stádia infekce
- Rozlišení postinfekční a postvakcinační imunity
- Diferenciální diagnostika pertuse a parapertuse
- Konfirmační metoda k ELISA a/nebo aglutinační reakci
- Podrobné stanovení přítomnosti protilátek proti specifickým antigenům

Uživatelský komfort

- Jednoduchá interpretace a reprodukovatelnost výsledků
- Vysoká diagnostická citlivost a specifita
- Vhodné pro automatické systémy
- Komplexní zákaznický servis
- Standardizace podle WHO International Standard Pertussis Antiserum 06/140

Charakteristiky souprav

<u>Parametr</u>	<u>Diagnostická citlivost</u>	<u>Diagnostická specifita</u>
BLOT-LINE Bordetella pertussis IgA	95,5 %	95,6 %
BLOT-LINE Bordetella pertussis IgG	99,0 %	95,6 %
BLOT-LINE Bordetella parapertussis IgA	99,0 %	87,0 %
BLOT-LINE Bordetella parapertussis IgG	88,9 %	96,4 %

IMUNOBLOT



* v případě použití promývačky naplňte jamky po okraj
a po naplnění poslední jamky ihned odsajte

Uživatelský komfort

- Nízká spotřeba vzorku
- Antigeny spotovány v tripletu - minimalizace chyby provedení
- Kvantitativní vyhodnocení (U/ml)
- Paralelní vyšetření více markerů současně
- Vysoká citlivost a specifita
- Standardizace podle WHO International Standard Pertussis Antiserum 06/140

Microblot-Array



Charakteristiky souprav

<u>Parametr</u>	<u>Diagnostická citlivost</u>	<u>Diagnostická specifita</u>
Microblot-Array Bordetella pertussis IgA	95,4 %	100,0 %
Microblot-Array Bordetella parapertussis IgA	96,9 %	100,0 %
Microblot-Array Bordetella pertussis IgG	97,6 %	100,0 %
Microblot-Array Bordetella parapertussis IgG	97,1 %	100,0 %
Microblot-Array Bordetella pertussis IgM	95,4 %	100,0 %
Microblot-Array Bordetella parapertussis IgM	95,8 %	100,0 %

**Zkřížená reaktivita soupravy na panelu potenciálně zkříženě reagujících vzorků
(*Bordetella pertussis* test)**

<u>Kategorie</u>	<u>n</u>	<u>Pozitivní výsledek</u>	<u>Negativní výsledek</u>	<u>Zkřížená reaktivita</u>
EBV	8	0	8	0,00 %
CMV	15	0	15	0,00 %
Chlamydia pneumoniae	37	1	36	2,70 %
Mycoplasma pneumoniae	35	1	34	2,86 %

**Zkřížená reaktivita soupravy na panelu potenciálně zkříženě reagujících vzorků
(*Bordetella parapertussis* test)**

<u>Kategorie</u>	<u>n</u>	<u>Pozitivní výsledek</u>	<u>Negativní výsledek</u>	<u>Zkřížená reaktivita</u>
EBV	8	0	8	0,00 %
CMV	15	0	15	0,00 %
Chlamydia pneumoniae	37	1	36	2,70 %
Mycoplasma pneumoniae	35	1	34	2,86 %

Potenciální zkřížená reaktivita s jinými příbuznými patogeny a faktory je nevýznamná (méně než 5 %).

Objednací údaje

ELISA

<u>Kód</u>	<u>Název soupravy</u>	<u>Počet testů</u>
BpAT96	EIA Bordetella pertussis Toxin IgA	96
BpGT96	EIA Bordetella pertussis Toxin IgG	96
BpMT96	EIA Bordetella pertussis Toxin IgM	96
BppA96	EIA Bordetella parapertussis IgA	96
BppG96	EIA Bordetella parapertussis IgG	96
BppM96	EIA Bordetella parapertussis IgM	96
SK-BpAT96	SmartEIA Bordetella pertussis Toxin IgA	96
SK-BpGT96	SmartEIA Bordetella pertussis Toxin IgG	96
SK-BpMT96	SmartEIA Bordetella pertussis Toxin IgM	96
SK-BppA96	SmartEIA Bordetella parapertussis IgA	96
SK-BppG96	SmartEIA Bordetella parapertussis IgG	96
SK-BppM96	SmartEIA Bordetella parapertussis IgM	96

Soupravy SmartEIA jsou koncipovány pro automatické zpracování na přístroji Agility.

IMUNOBLOT

<u>Kód</u>	<u>Název soupravy</u>	<u>Počet testů</u>
BpAL20	BLOT-LINE Bordetella IgA	20
BpGL20	BLOT-LINE Bordetella IgG	20
BD-BpAL24	BlueBLOT-LINE Bordetella IgA	24
BD-BpGL24	BlueBLOT-LINE Bordetella IgG	24
SwIm03	Immunoblot Software	1 ks

Soupravy BlueBLOT-LINE jsou koncipovány pro automatické zpracování na přístroji BlueDiver.



FOLLOW US

BIOVENDOR.GROUP

Objednací údaje

MICROBLOT-ARRAY

<u>Kód</u>	<u>Název soupravy</u>	<u>Počet testů</u>
BpAMA48	Microblot-Array Bordetella IgA	48
BpGMA48	Microblot-Array Bordetella IgG	48
BpMMA48	Microblot-Array Bordetella IgM	48

**TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.**

Křižíkova 188/68, 612 00 Brno, Česká republika
+420 549 121 205 (209, 238)
trade@testlinecd.com
www.testlinecd.cz



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
je držitelem certifikátů
ISO 9001 a ISO 13485